



特殊功能人工水晶體 適應症、禁忌症、副作用及一般注意事項

適應症：

1. 適用於囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力
2. 正視和遠視之病患

注意事項

以下症狀之病人，醫師應在手術前仔細評估以決定是否進行人工水晶體植入手術：

1. 脈絡膜出血
2. 伴隨嚴重的眼睛疾病
3. 嚴重的玻璃體流失
4. 前房過淺
5. 小眼球症
6. 非老化引起的白內障
7. 後囊破裂（阻礙 IOL 的固定）
8. 嚴重角膜營養不良
9. 嚴重視盤萎縮
10. 無法控制的眼壓升高
11. 睫狀小帶脫離（阻礙 IOL 的固定）
12. 缺乏彩色視覺
13. 青光眼
14. 慢性葡萄膜炎
15. 糖尿病網膜病變
16. 在臨床有顯著的黃斑部／視網膜色素上皮改變
17. 嚴重乾眼症，眼外傷史。
18. 不可控制的系統性疾病如糖尿病高血壓或心血管疾病。

併發症：

如同其它一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、易變性或持續性青光眼。